

8300 // SUPREME NITRILE

Gants jetables

EPI catégorie de risques III | Dispositif médical classe I



Surface micro-rugueuse

Protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus

Protection contre la contamination radioactive par des particules solides



8300 // SUPREME NITRILE



Matière:	Nitrile, bleu
Revêtement:	-
Taille(s):	S-2XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421

ISO 374-1/Type B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420

EN 421:2010


AQL
1,5

NI

TESTED
ACCORDING TO
EN 455

Domaines d'application



Food Edition

Avantages

- + Surface micro-rugueuse
- + Protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus
- + Protection contre la contamination radioactive par des particules solides



Plus d'images



Valeurs de performance

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 JKT	J - n-heptane	1-6	2 (> 30)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldéhyde 37%	1-6	5 (> 240)
EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 VIRUS	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	Réussite
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5
EN 421:2010	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
			

Pays d'origine: Malaisie