

# 8300 // SUPREME NITRILE

Rękawiczki jednorazowe  
ŚOI kategorii III | Klasa urządzenia medycznego I



Powierzchnia mikro-chropowata  
Ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami  
Ochrona przed skażeniem radioaktywnym cząstkami stałymi



## 8300 // SUPREME NITRILE



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Materiał:            | Nitryl, niebieski                |
| Powłoka:             | -                                |
| Rozmiar(y):          | S-2XL                            |
| Opakowanie zbiorcze: | 10 sztuk                         |
| Certyfikacja:        | EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421 |

ISO 374-1/Type B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420

EN 421:2010


AQL  
1,5

NI

TESTED  
ACCORDING TO  
EN 455

### Branże

 Food Edition

### Zalety

- + Powierzchnia mikro-chropowata
- + Ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami
- + Ochrona przed skażeniem radioaktywnym cząstkami stałymi



Więcej zdjęć

---



## Wartości wydajności

| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018                                                                | Parametry testowe         | Zakres | Wynik testu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|
| <br>JKT   | J - n-heptan              | 1-6    | 2 (> 30)    |
|                                                                                            | K - Wodorotlenek sodu 40% | 1-6    | 6 (> 480)   |
|                                                                                            | T - Formaldehyd 37%       | 1-6    | 5 (> 240)   |
|                                                                                            |                           |        |             |
| EN ISO 374-5:2016                                                                          | Parametry testowe         | Zakres | Wynik testu |
| <br>VIRUS | Penetracja                | -      | Przyjęto    |
|                                                                                            | Ochrona przed wirusami    | -      | Przyjęto    |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Parametry testowe         | Zakres | Wynik testu |
|                                                                                            | Zręczność                 | 1-5    | 5           |
| EN 421:2010                                                                                | Parametry testowe         | Zakres | Wynik testu |
|         |                           |        |             |

